



## INTAB PC-Logger anslutningsmöjligheter.

Intabs PC-Logger 2100, 3100i och 3150i har alla en RS-232 anslutning. RS-232 är en standard som många olika utrustningar använder. Därför finns det mycket kringutrustning som är lätt att anpassa mot PC-loggern, varpå anslutningsmöjligheterna blir näst intill oändliga.

### **Möjligheter**

Anslutningarna för att Starta, Stoppa eller Tömma mätdata från PC-Loggers är många. Den enklaste av dem alla är direkt kabelanslutning. Om datorn saknar RS-232kontakt finns det USB-adapterer för att få till en RSR-232 port. Trådlöst, Fjärravläst är anslutningar som kräver lite mer av systemteknikern.

### **Anslutningar:**

- **RS-232**  
Direktkoppling mot dator, Spiralkabel medföljer loggern. Kabellängd upp till 15m
- **USB till RS-232**  
Adapter för att skapa RS232port på t.ex. bärbara datorer.
- **Nätverksserieport**  
Serieporten sätts upp med fast ip-adress i ett nätverk, mjukvara installeras i datorn som simulerar COM-port.
- **Trådlös nätverksserieport**  
En trådlös (WLAN) nätverksserieport sätts upp med fast ip-adress i ett nätverk, mjukvara installeras i datorn som simulerar COM-port.
- **Korthållsmodem**  
överföring av RS232-signaler. Kräver RS-232 i datorn. Kräver fullduplex
- **Trådlöst korthållsmodem**  
Radioöverföring av RS232-signaler. Kräver RS-232 i datorn. Kräver fullduplex
- **RS-422**  
Trådbundet system där man kan ha upp till 1000m kabellängd. Kräver RS-232 i datorn
- **Modem**  
PC-Logger 3100i med modem. Man ringer upp loggern från EasyView och Startar/Stoppar/Läser mätdata. Kräver modem i datorn samt analog telefonlinje till loggern.
- **GSM-Modem**  
PC-Logger 3100i med GSM-modem. Man ringer upp loggern från EasyView och Startar/Stoppar/Läser mätdata. Kräver modem i datorn

Medlem i Svenska Elektronikindustriföreningen

INTAB Interface-Teknik AB  
Gjutarevägen 1  
SE-443 61 Stenkullen  
Sweden

Phone: +46-(0)302 246 00  
Fax: +46-(0)302 246 29  
E-Mail: info@intab.se  
internet: www.intab.se

Corp.id.No. 556100-2337  
VAT No: SE556100233701  
Bank giro transfer 234-0859